

Số: /PAS-VTTBYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận báo giá: Trần Kiên Huy
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Vật tư Thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0977 994 558
- Địa chỉ email: huytk@pasteurhcm.edu.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhận qua email: huytk@pasteurhcm.edu.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc thông tin báo giá được đăng tải thành công đến trước 17 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ

Theo Phụ lục I đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT**

Lê Việt Hà

Phụ lục I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /PAS-VTTBYT ngày tháng 6 năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ		Đơn vị tính	Khối lượng	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		Nội dung	Mã số			
1	Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo trì 02 tủ ATSH Telstar, Model: Bio II Advance 3: + Tình trạng hoạt động chung của tủ, + Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài tủ; + Kiểm tra màn hình, bàn phím, công tắc tủ; + Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển; + Kiểm tra luồng khí trong tủ; + Kiểm tra tình trạng tín hiệu cảnh báo của tủ. <p>- Thay thế vật tư/linh kiện/phụ kiện: mới 100%, chính hãng.</p> <p>II. Thay thế vật tư/linh kiện/phụ kiện</p> <p>1. Màng lọc Hepa (màng lọc cấp): 02 cái, Mã hàng: 45936.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 915x457x69mm - Tiêu chuẩn sản xuất: EN 1822 H14 - Mức độ lọc: lọc được các hạt bụi nhỏ đến 0.3 micron - Hiệu suất lọc: 99,995% - Chất lượng không khí: ISO 4 theo tiêu chuẩn ISO CD 14644-1: Phần 353 $\geq 0,5 \mu\text{m}/\text{m}^3$; Phần 10.000 $\geq 0,1 \mu\text{m}/\text{m}^3$ <p>2. Màng lọc Hepa (màng lọc thải): 02 cái, Mã hàng: 1228.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 457x457x69mm - Theo tiêu chuẩn sản xuất EN 1822 - Hiệu quả của bộ lọc đạt 99,995% theo thử nghiệm MPPS và 99,999% theo thử nghiệm DOP - Chất lượng không khí: ISO 4 theo tiêu chuẩn ISO CD 14644-1: 353 tiểu phân $\geq 0,5 \mu\text{m}/\text{m}^3$; 10.000 tiểu phân $\geq 0,1 \mu\text{m}/\text{m}^3$ <p>III. Cam kết.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. + Cam kết người thực hiện dịch vụ được đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị khi thực hiện dịch vụ. + Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất, sau khi hoàn tất sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện. 	518640 và 518641	Gói	01	120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và hoàn thành thanh toán

Phụ lục II

BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ (ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /PAS-VTTBYT ngày / /2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3, như sau:

1. Báo giá Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 Mục I của yêu cầu báo giá], kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu;
- Nhân sự tham gia thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy này đảm bảo có giấy chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ.
- Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất, sau khi hoàn tất sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện.
- Thời gian bảo hành:tháng.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(2) Đơn giá yêu cầu phải là số nguyên.