

Số: 647/PAS-VT
Về việc Báo giá
Thiết bị

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý công ty báo giá sản phẩm theo nội dung sau.

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Máy ủ nhiệt khô 2 vị trí (Block) A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2020 trở lên - Thiết bị được giao tại Viện đã bao gồm tất cả các chi phí khác như: phí vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng. - Bảo hành tối thiểu 12 tháng. B. Yêu cầu kỹ thuật - Có thể dùng với các block khác nhau cho các ống nghiệm khác nhau. - Block được làm từ thép không rỉ chịu được ăn mòn hóa học. - Việc điều khiển nhiệt độ thông qua bộ vi xử lý và được hiển thị trên màn hình LED 4 số - Độ chính xác nhiệt độ: $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Độ đồng đều nhiệt độ: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ - Khoảng nhiệt độ làm việc tối thiểu: $+5^{\circ}\text{C}$ đến 150°C - ≥ 2 Block nhiệt kích thước khoảng (20x12mm), dùng cho ống nghiệm	Bộ	1	Giao tại Labo

- Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện ngày báo giá, ngày hiệu lực, thời gian thực hiện, điều kiện thanh toán.

- Giá đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT và các chi phí khác

- Thời gian gửi báo giá từ ngày 23/02/2021 đến ngày 01/03/2021

- Báo giá gửi về địa chỉ. **Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh**

167 Pasteur, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.3820634

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo)
- KHTH (CNTT) để thực hiện
- Lưu: VT, Vật tư.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ



Lê Việt Hà