

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu
Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng
chảy tế bào BD FACSCanto™II thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự
toán mua sắm Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư
máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur

Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-PAS ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-PAS ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-PAS ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-PAS ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Thông báo mời thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II. Thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II.

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến trên <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> thời gian đăng tải lúc 09:00 ngày 23 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có Mã thư chấp thuận: LC2600008236-00;

Theo đề nghị của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto™II.

1. Thông tin về gói thầu:

- Mã E-TBMT: IB2600364943-00

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy

đo dòng chảy tế bào BD FACSCantoII.

- Giá gói thầu: 94.842.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BIOMEDVION

- Mã số thuế: 0315804815

- Giá dự thầu (VNĐ): 94.842.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

- Giá trúng thầu (VNĐ): 94.842.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng*).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Các nội dung khác (nếu có): Không có

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có

4. Thông tin về dịch vụ trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện đăng tin trên website của Viện);
- Lưu: VT, VTTBYT.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Vũ Trung

Phụ lục

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TRÚNG THẦU

(Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-PAS ngày tháng năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)
1	Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCanto TM II	I. Yêu cầu chung - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, thay thế vật tư máy đo dòng chảy tế bào BD FACSCantoTMII - Thay thế vật tư/linh kiện/phụ kiện: mới 100%, chính hãng. - Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng. II. Nội dung công việc (thực hiện 06 tháng/01 lần). - Kiểm tra điều kiện đặt máy và lưu ý khách hàng nếu cần. - Kiểm tra dữ liệu trên máy và backup nếu cần thiết. - Rửa hệ thống chạy mẫu - Làm sạch Flow-cell - Làm sạch kim hút mẫu - Kiểm tra, vệ sinh và tra dầu hệ nâng mẫu - Vệ sinh vỏ máy và khu vực đặt máy - Kiểm tra áp lực, vệ sinh xe dịch Thực hiện kiểm tra: -Kiểm tra, cân chỉnh áp lực dòng chảy (70 ± 5 psi). -Kiểm tra, cân chỉnh tín hiệu Blue Laser + FITC (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + PE (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + PerCP-Cy5-5 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + PE-Cy7 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% - Red Laser + APC (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + APC-Cy7 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% - Violet Laser + Pacific Blue (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + AmCyan (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + V450 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....%	Gói	01	94.842.000

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)
		+ V500 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% + BV605 (%CV ≤ 6%). Giá trị:.....% Đánh giá lại: + Đánh giá lại công việc đã thực hiện với khách hàng. + Đánh giá lại quy trình bảo trì với khách hàng. + Chạy CS&T : CS&T IVD Beads III. Thay thế vật tư/linh kiện/phụ kiện 1. Liquid Filter (Lọc hóa chất): 06 cái, Mã hàng: 33566307. Hãng/nước sản xuất: Beckton Dickinson/Mỹ. 2. Bal-Seal Sip Service: 02 cái, Mã hàng: 34350907. Hãng/nước sản xuất: Beckton Dickinson/Mỹ. 3. Capsule Filter 0.2um 440cm2 33mm PPL: 01 cái, Mã hàng: 336945. Hãng/nước sản xuất: Beckton Dickinson/Mỹ			