

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: /QĐ-PAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu
Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An
toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3**

**Thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ
màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur

Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-PAS ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-PAS ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-PAS ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-PAS ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Thông báo mời thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3, thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3;

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến trên <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> thời gian đăng tải lúc 09:30 ngày 23 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có Mã thư chấp thuận: LC2600008237-00;

Theo đề nghị của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3, thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3.

1. Thông tin về gói thầu:

- Mã E-TBMT: IB2600365249-00

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3.

- Giá gói thầu: 63.288.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng*).

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH

- Mã số thuế: 0301442682

- Giá dự thầu (VNĐ): 63.288.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng*)

- Giá trúng thầu (VNĐ): 63.288.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng*)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Các nội dung khác (nếu có): Không có

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có

4. Thông tin về dịch vụ trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện đăng tin trên website của Viện);
- Lưu: VT, VTTBYT.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Vũ Trung

Phụ lục
THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TRÚNG THẦU

(Đính kèm theo Quyết định số /QĐ-PAS ngày tháng năm 2026 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)
1	Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế bộ màng lọc Hepa cho 02 Tủ An toàn sinh học Telstar, Model: Bio II Advance 3	1. Bảo trì 02 tủ ATSH Telstar, Model: Bio II Advance 3: + Tình trạng hoạt động chung của tủ, + Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài tủ; + Kiểm tra màn hình, bàn phím, công tắc tủ; + Kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển; + Kiểm tra luồng khí trong tủ; + Kiểm tra tình trạng tín hiệu cảnh báo của tủ. 2. Thay thế màng lọc: mới 100%, chính hãng, bao gồm: - Màng lọc Hepa (màng lọc cấp): + Mã hàng: 45936. + Số lượng: 02 cái + Kích thước: 915x457x69mm + Tiêu chuẩn sản xuất: EN 1822 H14 + Mức độ lọc: lọc được các hạt bụi nhỏ đến 0.3 micron + Hiệu suất lọc: 99,995% + Chất lượng không khí: ISO 4 theo tiêu chuẩn ISO CD 14644-1: Phần 353 $\geq 0,5 \mu\text{m}/\text{m}^3$; Phần 10.000 $\geq 0,1 \mu\text{m}/\text{m}^3$ - Màng lọc Hepa (màng lọc thải): 02 cái, + Mã hàng: 1228. + Số lượng: 02 cái + Kích thước: 457x457x69mm + Theo tiêu chuẩn sản xuất EN 1822 + Hiệu quả của bộ lọc đạt 99,995% theo thử nghiệm MPPS và 99,999% theo thử nghiệm DOP + Chất lượng không khí: ISO 4 theo tiêu chuẩn ISO CD 14644-1: 353 tiểu phân $\geq 0,5 \mu\text{m}/\text{m}^3$; 10.000 tiểu phân $\geq 0,1 \mu\text{m}/\text{m}^3$ 3. Cam kết. + Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. + Nhân sự tham gia thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy này đảm bảo có giấy chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị khi thực hiện dịch vụ. + Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất, sau khi hoàn tất sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện.	Gói	01	63.288.000

